

**OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO S.P.Z.O.O.****43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 12
tel. 033/ 812 30 43 (44), 829 47 50 (51), fax: 033/ 822 89 20**

Bielsko-Biała, dnia 05 listopada 2020 roku

**DO:
WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.: „*Zakup aparatury medycznej dla Poradni Okulistycznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego s.p.z.o.o. w Bielsku-Białej*”.

Numer referencyjny: **PN/1/2020**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami, zgodnie z poniższym:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści w części I, cyfrowy ultrasonograf okulistyczny o poniższych parametrach?

L.p.	Parametry	Spełnia
1	USG Okulistyczne typu B	
2	Częstotliwość 10Mhz	
3	Rozdzielczość osiowa 0,02mm	
4	Rozdzielczość poprzeczna 0,06 mm	
5	Kąt badania 50 stopni	
6	Tryb pulsacyjny emisji	
7	Powiększenie 500% cyfrowe	
8	Raporty z badań	
9	Możliwość eksportu z badania w formacie JPG PDF	
10	Maksymalna liczba klatek z badania : 100	
11	Urządzenie jest komputerem ma wgrany system Windows	
12	Urządzenie jest komputerem ma wgrany system Windows	
13	Urządzenie posiada dotykowy wyświetlacz LCD	
14	W zestawie bezprzewodowa myszka i klawiatura	
15	Wyzwolenie obrazu za pomocą pedału podłączonego do jednostki głównej lub poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie dotykowym jednostki	

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy §4 Warunki gwarancji, ust. 14

Czy Zamawiający w przypadku konieczności naprawy przedmiotu zamówienia u producenta za granicą, która może w niektórych przypadkach trwać dłużej niż 45 dni roboczych i w przypadku wstawienia na czas przedłużającej się naprawy sprawnego urządzenia zastępczego o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia, zgodzi się na odstąpienie od wymogu wymiany urządzenia na nowe, chyba, że naprawa przedmiotu umowy nie będzie możliwa?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności dokonania napraw przedmiotu zamówienia u producenta za granicą, trwających dłużej niż 45 dni roboczych, zgodzi się na odstąpienie od wymogu wymiany urządzenia na nowe z zastrzeżeniem, że wykonawca na czas przedłużającej się naprawy zapewni sprawne urządzenie zastępcze o funkcjonalności i parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia, z tym, że zgoda na odstąpienie od wskazanego wymogu nie będzie dotyczyć sytuacji, gdy naprawa przedmiotu umowy nie będzie możliwa.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.